

Fecha: ABRIL 2015

Consulta nº 27:

¿Cuál es la CADUCIDAD y ESTABILIDAD de las botellas de agua estéril para humidificador (aquapack o similar)?

Respuesta:

Las botellas de agua estéril para humidificador (aquapack o similar) vienen etiquetadas con el marcado CE y la indicación DE UN SOLO USO

Esta indicación de un SOLO USO significa que NO son rellenables, pero pueden utilizarse para uso a largo plazo hasta que estén totalmente vacías, excepto claro está el agua residual que queda por debajo de la línea.

Las botellas de agua estéril que han sido especialmente procesadas para cumplir los requerimientos de agua para inhalación indicados por la Farmacopea Europea y la F.D.A.; son aguas doblemente desionizadas, triple destiladas y libres de pirógenos lo cual no permite el crecimiento bacteriano con el objetivo de prevenir las infecciones respiratorias.

Por tanto puede utilizarse hasta 30 días la misma botella, si esta no se ha gastado. Teniendo en cuenta que cuando se llegue al nivel residual de agua, esta se debe cambiar.

El conector no es necesario cambiarlo cuando cambiemos la botella, siempre que sea el mismo paciente. Por tanto utilizaremos un solo conector por paciente y las botellas que este precise durante su estancia en el hospital.