

Fecha: 05/02/2015

Consulta 7:

¿Cuál es la clasificación actual de los Productos Sanitarios empleados en osteosíntesis maxilofacial?.

Respuesta:

Dichos productos están diseñados para solucionar los siguientes problemas:

1.- Traumatología facial y cirugía reconstructiva (oncológica, traumatismos...)

2.- Corrección de malformaciones (Cirugía ortognática).

Los distintos sistemas pueden clasificarse dependiendo de los elementos usados:

1.-No rígidos (alambres).

2.-Rígidos ó estables (placas AO/ASIF).

3.-Semirrígidos (miniplacas).

S.E.F.H.